

萧山区质量计量监测中心

检定证书

受理编号: J1905203

证书编号: 1911902

送检单位 杭州凯优特贸易有限公司

计量器具名称 游标卡尺

型号 / 规格 (0~150)mm

出厂编号 04

制造单位 卡夫威尔

检定依据 JJG30-2012

检定结论 合格

批准人: 吴国伟

核验员: 俞凤姣

检定员: 谢梓婧

(检定专用章)

检定日期 2019年12月25日

有效期至 2020年12月24日

1、本单位是国家法定计量检定机构

授权单位: 浙江省质量技术监督局 计量授权证书号: (浙)法计(2018)33012号

2、检定所用计量标准:

名称: 卡尺量具检定装置
 不确定度/准确度等级/
 最大允许误差: 4等, 5等
 计量标准证书号: [2013]杭量标萧证字第002号
 有效期: 2020-12-04

3、本标准装置所适用的技术文件(编号、名称):

JJG30-2012 《通用卡尺检定规程》

4、检定地点、环境条件:

地点: 本中心三大量具实验室
 温度: 20.0 °C 相对湿度: 71.0 %

5、检定结果:

序号	被检项目	检定结果	
1	外观	合格	
2	各部分相互作用	合格	
3	各部分相对位置	合格	
4	标尺标记的宽度和宽度差	宽度	/
		宽度差	/
5	测量面的表面粗糙度	/	
6	测量面的平面度	<0.003(mm)	
7	示值误差和细分误差	示值误差	±0.02(mm)
		细分误差	/

以下空白。